

Konformitätserklärung
Declaration of Conformity
Declaration de Conformité

Wir / We / Nous

Name und Adresse des Herstellers: **ASID BONZ GmbH**
Name + address of manufacturer: Hertzstraße 3
Nom + adresse de l'entreprise: 71083 Herrenberg
Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Medizinprodukt
declare on our own responsibility that the medical device
déclarons sous notre propre responsabilité que le dispositif médical

Name / Produktgruppe (UMDNS): **Beatmungstubus, oropharyngeal (10-059)**
Name / Name group: Airways, oropharyngeal
Nom / catégorie de produits:

Typ: **Guedel-Tuben, Rachentubus, steril**
type or model: Guedel Airway, sterile
type ou modèle:

	Größe Size	Länge Length	Farbe Colour	
REF 83 00 01	000	40 mm	rosa	pink
83 00 02	00	50 mm	dunkelblau	dark blue
83 00 03	0	60 mm	schwarz	black
83 00 10	1	70 mm	weiß	white
83 00 20	2	80 mm	grün	green
83 00 30	3	90 mm	gelb	yellow
83 00 40	4	100 mm	rot	red
83 00 50	5	110 mm	hellblau	light blue
83 00 60	6	120 mm	orange	orange

Klasse / Regel:
Class / rule:
Classe / règle:

Is / 5

allen anwendbaren Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG Anhang I und den anwendbaren harmonisierten Normen (veröffentlicht im Official Journal of the European Communities) entspricht.
meets all applicable requirements of the Directive 93/42/EC Annex I and the applicable harmonized standards (published in the Official Journal of the European Communities).
répond à toutes les exigences applicables de la directive 93/42/CEE et aux normes harmonisées applicables (publiées dans le journal officiel de la Communauté européenne).

Benannte Stelle: ecm-Zertifizierungsgesellschaft
Notified body: für Medizinprodukte in Europa mbH
Organisme notifié (le cas échéant): Bismarckstr. 106
D- 52066 Aachen (Germany)
Kenn-Nummer / Ident-No.: 0481

Konformitätsbewertungsverfahren: Richtlinie 93/42/EWG, Anhang V
Conformity assessment procedure: Directive 93/42/EEC Annex V
Procédure d'évaluation de la conformité: Directive 93/42/EEC Annex V

Erstmalige CE-Kennzeichnung: 09.2009
First CE mark:
Premier marquage CE:

Gültig bis: 14.11.2023
Valid until:
Valable jusqu'au:

Herrenberg, 26.11.2018
Ort, Datum
place, date
lieu, date



Heike Zeitler
Qualitäts- & Regulatory Affairs Manager /
Quality & Regulatory Affairs Manager
Name (Funktion) / name (function) / nom (fonction)